



FICHAS DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS



Tabla 4: Espacios físicos del Área de Radiodiagnóstico.

Espacio asistencial, auxiliar o profesional		Sala o Dependencia	Clave	Superficies mínimas orientativas
ESPACIOS ASISTENCIALES	Radiología Convencional	Cabina/Vestidor	RC-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Sala de procedimientos	RC-SP	Al menos 5m en lado menor
		Sala de control	RC-SC	8m ²
	Telemando	Cabina/Vestidor	T-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Aseo para pacientes	T-AP	3-8-11m ²
		Sala de procedimientos	T-SP	Al menos 5m en lado menor
		Sala de preparación de pruebas	T-SPP	6m ²
		Sala de control	T-SC	8m ²
	Ecografía	Cabina/Vestidor	E-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Aseo para pacientes	E-AP	3-8-11m ²
		Sala de procedimientos	E-SP	Al menos 3m en lado menor
	Mamografía	Cabina/Vestidor	M-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Sala de procedimientos	M-SP	Al menos 3' 20m en lado menor
	Resonancia Magnética	Cabina/Vestidor	RM-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Aseo para pacientes	RM-AP	3-8-11m ²
		Sala de cuidados	RM-SCU	35m ²
		Sala de procedimientos	RM-SP	35m ² (40m ² en caso de intervencionismo)
		Sala de control	RM-SC	8m ²
		Sala técnica	RM-ST	10m ²
	Tomografía Computarizada	Cabina/Vestidor	TC-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Aseo para pacientes	TC-AP	3-8-11m ²
		Sala de cuidados	TC-SCU	35m ²
		Sala de procedimientos	TC-SP	45m ²
		Sala de control	TC-SC	8m ²
	Radiología Intervencionista	Cabina/Vestidor	RI-CV	2m ² (4m ² en accesibles)
		Sala de cuidados	RI-SCU	35m ²
		Antesala	RI-AS	4-7m ²
		Sala de procedimientos	RI-SP	40m ² -45m ² -56m ²
Sala de control		RI-SC	10-20m ²	
Sala técnica		RI-ST	15m ²	
Vestuario de profesionales		RI-VP	16-18-20m ²	
ESPACIOS AUXILIARES	Vestíbulo	V	20-40-60 m ²	
	Recepción y admisión	RA	14-28 m ²	
	Sala de espera general	SESP	-	
	Módulo de espera	MESP	8-10 asientos por sala de procedimientos	
	Aseo para pacientes y acompañantes	APA	3-8-11m ²	
	Despacho de información	DI	12m ²	
	Almacén	AL	4-7m ²	
	Oficio de sucio	OS	4-7m ²	
ESPACIOS PROFESIONALES	Área de personal	Sala de descanso profesionales	AP-SDP	15-17-24m ²
		Vestuarios para profesionales	AP-VP	16-18-20m ²
		Aseos para profesionales	AP-APR	3-8-11m ²
		Dormitorio profesionales de guardia	AP-DG	4,5-6m ²
	Salas de trabajo	Sala de sesiones clínicas y trabajo	ST-SSCT	17-32-36m ²
		Sala de informes	ST-SI	6-8m por persona
	Dirección y Administración	Despacho de la Dirección UGC	DA-DD	17m ²
Despacho para Supervisión de Enfermería		DA-DSU	17m ²	
Despacho de la Secretaría UGC		DA-DSE	12m ²	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5: Exigencia de requerimientos en los espacios físicos del Área de Radiodiagnóstico.

ESPACIOS	REQUERIMIENTOS	Dimensiones			Requisitos estructurales		Requerimientos constructivos					Dotación de Instalaciones								
		Accesibilidad	Superficie aproximada	Altura libre mínima	Esfuerzos en el suelo	Esfuerzos en el techo	Cerramientos	Revestimientos	Carpinterías	Canalizaciones	Protecciones contra radiaciones ionizantes o campo magnético	Instalación eléctrica	Iluminación	Climatización	Fontanería	Señalización	Voz y datos	Gases medicinales	Otras instalaciones	
		ESPACIOS																		
ESPACIOS ASISTENCIALES	Radiología Convencional	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
		Sala de procedimientos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		Sala de control	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
	Telemando	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
		Aseo para pacientes	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			●
		Sala de procedimientos	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		Sala de preparación de pruebas	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●				
	Ecografía	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●					
		Aseo para pacientes	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			●
		Sala de procedimientos	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
	Mamografía	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
		Sala de procedimientos	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	Resonancia Magnética	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●					
		Aseo para pacientes	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			●
		Sala de cuidados	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
		Sala de procedimientos	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
		Sala de control	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
		Sala técnica	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
	Tomografía Computarizada	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
		Aseo para pacientes	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
		Sala de cuidados	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
		Sala de procedimientos	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Sala de control	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●
	Radiología Intervencionista	Cabina/Vestidor	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			
Sala de cuidados		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●		●		
Antesala		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●				
Sala de procedimientos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Sala de control		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	
Sala técnica		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	
Vestuario profesionales		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	
ESPACIOS AUXILIARES	Vestíbulo	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●				
	Recepción y admisión	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●				
	Sala de espera general	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	
	Módulo de espera	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	
	Aseo para pacientes y acompañantes	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●			●	

ESPACIOS		REQUERIMIENTOS	Dimensiones			Requisitos estructurales		Requerimientos constructivos					Dotación de Instalaciones								
			Accesibilidad	Superficie aproximada	Altura libre mínima	Esfuerzos en el suelo	Esfuerzos en el techo	Cerramientos	Revestimientos	Carpinterías	Canalizaciones	Protecciones contra radiaciones ionizantes o campo magnético	Instalación eléctrica	Iluminación	Climatización	Fontanería	Señalización	Voz y datos	Gases medicinales	Otras instalaciones	
ESPACIOS PROFESIONALES		Despacho de información	●	●	●			●	●	●			●	●	●			●			
		Almacén	●	●	●			●	●	●			●	●		●					
		Oficio de socio	●	●	●			●	●	●			●		●						
	Área de personal	Sala descanso profesionales	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●			●		●
		Vestuarios profesionales	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●					●
		Aseos para profesionales	●	●	●			●	●	●			●	●		●					
		Dormitorio profesionales de guardia	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●					
	Salas de trabajo	Sala sesiones clínicas y trabajo	●	●	●			●	●	●			●	●	●				●		
		Sala de informes	●	●	●			●	●	●			●	●	●				●		
	Dirección y Administración	Despacho Dirección UGC	●	●	●			●	●	●			●	●	●				●		
		Despacho Supervisión de Enfermería	●	●	●			●	●	●			●	●	●				●		
		Despacho Secretaría UGC	●	●	●			●	●	●			●	●	●				●		

Fuente: Elaboración propia.

